

本品は研究用試薬です。体外診断用として使用できません。

Code No. 297-95201 (1本×2セット)

## レビス<sup>TM</sup> サル KLH-IgG コントロールセット (TDAR)

本品をご使用になる前に、必ずお読み下さい。

### 【使用目的】

本品は、レビス<sup>TM</sup> サル KLH-IgG ELISA キット (TDAR) 専用の検出用試料として使用して下さい。

### 【内容量】

コントロール レベル1 (サル KLH-IgG) 250 μL/ bottle

コントロール レベル2 (サル KLH-IgG) 250 μL/ bottle

(表示値はロットごとに異なります。)

### 【使用方法】

用時融解し、レビス<sup>TM</sup> サル KLH-IgG ELISA キット (TDAR) (Code No. 293-91401) 用の陽性コントロールとして、原液のまま使用して下さい。融解後は、2～10°Cに保ち、7日以内に使用して下さい。凍結融解の繰り返しは、厳禁です。

### 【使用上の注意／厳禁事項】

1. 本品は、レビス<sup>TM</sup> サル KLH-IgG ELISA キット (TDAR) 専用の検出用試料です。他社のキット及び試薬との併用はしないで下さい。
2. 本品は指定された条件で保管し、使用期限を過ぎたものは使用しないで下さい。
3. 本品は、この説明書に記載されている用途以外には使用しないで下さい。
4. 表示濃度は、ロットごとに異なります。
5. 凍結融解の繰り返しは、厳禁です。

### 【危険防止上の注意】

1. 本品が人体に接触した場合は、直ちに大量の水で洗い流し、必要に応じ医師の手当等を受けて下さい。
2. 本品は血清成分を使用しておりますので、ウイルス感染等の危険性があるものとして、検体と同様に注意して取り扱って下さい。
3. 廃棄に関しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）と排水基準に従い適切に処理して下さい。

【製品名】 レビス<sup>TM</sup> サル KLH-IgG コントロールセット (TDAR)

【英語表記】 LBIS<sup>TM</sup> Monkey KLH-IgG Control Set (TDAR)

【和光コード】 297-95201

【貯法】 冷凍 (-20°C以下)、暗所保存

【表示値】 ラベルに記載

【使用期限】 ラベルに記載

【ロット番号】 ラベルに記載

【包装】 1本×2セット

製造発売元

富士フィルム 和光純薬株式会社

大阪市中央区道修町三丁目1番2号

Tel : 06-6203-3741

2404KA1