

Code No. 02-0200

## 製品規格書

### 硝酸ビスマス五水和物

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色の結晶
純度	99.5%以上
希硝酸溶状	試験適合
塩化物(Cl)	0.001%以下
硫酸塩(SO <sub>4</sub> )	0.005%以下
ナトリウム(Na)	0.002%以下
カリウム(K)	0.002%以下
銅(Cu)	0.002%以下
銀(Ag)	0.001%以下
マグネシウム(Mg)	0.001%以下
カルシウム(Ca)	0.001%以下
亜鉛(Zn)	0.001%以下
鉛(Pb)	0.005%以下
ひ素(As)	5ppm以下
鉄(Fe)	0.002%以下

JIS K 8566-1994(\*:当社追加項目)