

Code No. 03-1674

製品規格書

フェルラ酸シクロアルテニル標準品

γ -オリザノール定量用

試験項目	規格値
外観	白色～ほとんど白色、結晶～粉末
融点	154～156℃
乾燥減量(105℃)	1.0%以下
類縁物質	1.0%以下
含量(乾燥後)	99.0%以上