

Code No. 08-0421

製品規格書

過酸化水素

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	無色透明の液体
濃度(H ₂ O ₂)	質量分率30.0～35.5%
蒸発残分	質量分率0.005%以下
酸(H ₂ SO ₄ として)	質量分率0.003%以下
塩化物(Cl)	質量分率3ppm以下
りん酸塩(PO ₄)	質量分率3ppm以下
硫酸塩(SO ₄)	質量分率5ppm以下
窒素化合物(Nとして)	質量分率2ppm以下
銅(Cu)	質量分率0.1ppm以下
鉛(Pb)	質量分率0.2ppm以下
鉄(Fe)	質量分率0.2ppm以下

JIS K 8230:2016
(*:当社追加項目)