

Code No. 09-0242

製品規格書

くえん酸鉄(III)アンモニウム(緑色)

和光一級

試験項目	規格値
外観	緑色～黄緑色、結晶～粉末
水溶状	試験適合
塩化物(Cl)	0.01%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.1%以下
酒石酸塩	試験適合(C ₄ H ₆ O ₆ として約0.05%以下)
塩基	試験適合(Na ₂ Oとして約0.024%以下)
くえん酸鉄	試験適合
鉛(Pb)	0.002%以下
鉄(II)	試験適合(Fe ²⁺ :約0.02%以下)
砒素(As)	2.5ppm以下
含量(Feとして)	14.5～16.0%