

Code No. 16-0863

## 製品規格書

りん酸

生化学用

試験項目	規格値
外観	無色澄明の液体
水溶状	試験適合
銅(Cu)	0.5ppm以下
鉄(Fe)	2ppm以下
尿素窒素測定適合性	試験適合
含量	85.0%以上