

Code No. 19-0129

製品規格書

安息香酸ナトリウム

和光特級

試験項目	規格値
外観	白色の粉末
水溶状	試験適合
塩基(NaOHとして)	0.04%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.1%以下
塩素化合物(Clとして)	0.05%以下
重金属(Pbとして)	0.002%以下
フタル酸塩	試験適合[C ₆ H ₄ (COONa) ₂ として約0.005%以下]
ひ素(As)	3ppm以下
含量	98.0%以上