

Code No. 19-0219

## 製品規格書

### 0.1mol/L水酸化ナトリウム溶液

容量分析用

試験項目	規格値
外観	無色透明の液体
* ファクター(20°C)(指示薬法)	0.990~1.009

\*JIS K 8001:2017 JA. 6.4 r) による。