

Code No. 19-0418

## 製品規格書

### 塩化ストロンチウム六水和物

試薬特級

試験項目	規格値
* 外観	白色の結晶
純度( $\text{SrCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ )	質量分率99.0%以上
水溶状	試験適合
pH(50g/L, 25°C)	5.0~7.0
硝酸塩( $\text{NO}_3$ )	質量分率0.005%以下
硫酸塩( $\text{SO}_4$ )	質量分率0.001%以下
ナトリウム(Na)	質量分率0.01%以下
カリウム(K)	質量分率0.01%以下
マグネシウム(Mg)	質量分率2ppm以下
カルシウム(Ca)	質量分率0.03%以下
バリウム(Ba)	質量分率0.02%以下
鉛(Pb)	質量分率5ppm以下
鉄(Fe)	質量分率5ppm以下

JIS K 8132:2020 (追補1)(\*:当社追加項目)