

Code No. 19-1352

製品規格書

スクロース, ウルトラピュア

分子生物学用

試験項目	規格値
外観	白色の結晶
水溶状	試験適合
比旋光度[α]D25(c=13,H2O)	+66.0~+67.0°
吸光度(200g/l, 260nm)	0.1以下
酸(CH3COOHとして)	0.006%以下
マグネシウム(Mg)	1ppm以下
カルシウム(Ca)	2ppm以下
銅(Cu)	0.05ppm以下
カドミウム(Cd)	0.01ppm以下
鉛(Pb)	0.3ppm以下
マンガン(Mn)	0.3ppm以下
鉄(Fe)	0.3ppm以下
DNA加水分解酵素	試験適合
RNA加水分解酵素	試験適合
含量(HPLC)	99.0%以上