

Code No. 19-1622

製品規格書

炭酸ナトリウム

TraceSure(R)

試験項目	規格値
* 外観	白色の粉末
純度(Na ₂ CO ₃)	質量分率99.95%以上
水不溶分	質量分率0.01%以下
強熱減量	質量分率1.0%以下
塩化物(Cl)	0.01g/kg以下
硝酸塩(NO ₃)	0.01g/kg以下
りん酸塩(PO ₄)	2mg/kg以下
けい酸塩(Siとして)	5mg/kg以下
硫黄化合物(Sとして)	5mg/kg以下
カリウム(K)	0.01g/kg以下
マグネシウム(Mg)	5mg/kg以下
カルシウム(Ca)	0.03g/kg以下
銅(Cu)	1mg/kg以下
鉛(Pb)	1mg/kg以下
鉄(Fe)	1mg/kg以下

JIS K 8005:2016(*:当社追加項目)