

Code No. 19-1887

製品規格書

水酸化ナトリウム

和光一級

試験項目	規格値
外観	白色の粒状
水溶状	試験適合
塩化物(Cl)	0.01%以下
けい酸塩(SiO ₂ として)	0.04%以下
硫酸塩(SO ₄)	0.005%以下
窒素化合物(Nとして)	0.002%以下
カリウム(K)	0.5%以下
アルミニウム(Al)	0.005%以下
鉛(Pb)	0.003%以下
鉄(Fe)	0.002%以下
炭酸ナトリウム(Na ₂ CO ₃)	2.0%以下
含量	93.0%以上